

1ª Análise de Documentos - P.E. 064/2022

Itens	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Razão Social	Situação	Motivo
1	Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. Embalagem com 100 lancetas.	UN	Injex	IJ-MJ11	630000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Ok	
2	Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 6 x 0,25 mm (31G), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, em pacotes com 10 unidades. O produto deve conter registro na ANVISA.	UN	MARCA PRÓPRIA	SERINGA DESCARTÁVEL	413000	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Não apresentou	Apresentou laudos e certificados, porém não o solicitado que é o registro na ANVISA.
3	Tira reagente para medição da glicemia em amostra capilar, que contenha o método biosensor de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase para determinação quantitativa da glicose no sangue, com codificação automática, sem necessidade de codificação manual através de chip, tira código, botão, entre outros, com faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl, sem interferência com analgésicos e antitérmicos e que mantenha a validade das tiras após a abertura do frasco. Apresentar o certificado de boas práticas de fabricação vigente emitido pela agência nacional de vigilância sanitária (Anvisa), bula / Instruções de uso e registro na Anvisa das tiras e monitor.	UN	OK METER	MATCH II GDH	630000	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Não apresentou	Registro apresentado de produto divergente do item em questão.
4	Agulha para caneta de insulina com calibre de 4 mm (5/32) x 0,23 mm (32G), cânula confeccionada em aço inoxidável, bisel trifacetado, lubrificadas, estéril, atóxica e apirogênica, nivelada, polida, afiada, rosqueável e compatível com todas as canetas disponíveis no mercado. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, em caixas com 100 unidades. O produto deve conter registro na ANVISA.	UN	UNIQUMED	AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA 4MM	150000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	Ok	