

**3ª Análise dos Documentos - P.E. 064/2022**

Itens	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Razão Social	Situação	Motivo
3	Tira reagente para medição da glicemia em amostra capilar, que contenha o método biosensor de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase para determinação quantitativa da glicose no sangue, com codificação automática, sem necessidade de codificação manual através de chip, tira código, botão, entre outros, com faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl, sem interferência com analgésicos e antitérmicos e que mantenha a validade das tiras após a abertura do frasco. Apresentar o certificado de boas práticas de fabricação vigente emitido pela agência nacional de vigilância sanitária (Anvisa), bula / Instruções de uso e registro na Anvisa das tiras e monitor.	UN	ACCU-CHEK ACTIVE	ACCU-CHEK ACTIVE N É PROD MANUF BENEF NACIONAL	630000	DAKFILM COMERCIAL LTDA	APROVADO	