

1ª Análise de documentos e catálogos - P.E. 074/2022.

Itens	Descrição	Unid.	Marca	Modelo	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Empresas	APROVADO/REPROVADO	MOTIVO
1	CARRO MACA HIDRAÚLICO PARA EMERGÊNCIA - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (HiLow) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. - Paracheque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx), colchonete em espuma de 10 cm D 28, Capacidade até: 180 Kg. Registro do produto no Ministério da Saúde OU Certificado de Registro emitido pela ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	ARTMED	125-B	1	R\$ 8.450,00	R\$ 8.450,00	TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EILEI	Reprovado	Não possui movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (HiLow) acionada através de comando hidráulico.
2	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, Pressão Invasiva. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 10", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen). Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda. Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch screen. Deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ45. Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático. Alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de 60 minutos. Indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo. Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração. A central deverá possuir registro próprio na ANVISA. Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior. Deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%. Parâmetros que devem acompanhar o monitor.	UN	COMEN	STAR8000F	1	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Aprovado	
3	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA com as seguintes especificações: Aplicação: Para uso em pacientes adultos e pediátricos em paradas cardiorespiratória e cuidados cardiovasculares de emergência. Características Gerais: Portátil, Microprocessado, Funcionamento a bateria; IP55 conforme IEC – 60529, Resistente a quedas e vibrações; Onda bifásica exponencial truncada ou retilínea; Autonomia da bateria não recarregável para: Aproximadamente 120 Choques com carga máxima; Tempo de carga para 150 Joules = até 10 segundos; Protocolo configurado de fábrica de acordo com normas Vigentes. Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento; Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC; Ajuste automático da carga de disparo; Detecção automática do batimento cardíaco; indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca; Normas e Certificados: IP55. Apresentar registro e ou certificados para as normas: Registro Anvisa; CBPF ou certificado equivalente; Segurança elétrica; Compatibilidade eletromagnética. Acessórios: 02 Eletrodo adesivo descartável adulto com garantia mínima de 01 (hum) ano de validade a partir da data de entrega; 02 Eletrodos adesivos descartáveis infantis com garantia mínima de 01 (hum) ano de validade a partir da data de entrega; bolsa para armazenamento. Demais acessórios necessários para garantir o perfeito e completo funcionamento dos equipamentos. Garantia do produto: no mínimo de 12 meses, a contar da entrega na Unidade Requisitante. Apresentar catálogo.	UN	TOTH LIFECARE	EASYSHOCK	2	R\$ 8.750,00	R\$ 17.500,00	SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Reprovado	Não apresentou catalogo

4	CARRO MACA SIMPLES, CONFECCIONADO EM CHAPA COM MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURADA COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM TRAVESSAS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL 1" X 0,12M, DEVE POSSUIR GRADES LATERAIS DE TOMBAR E TRAVA, CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, POSSUIR COLCHONETE D28 COM ACABAMENTO EM COURVIM COMO ACESSÓRIO (COR PRETA OU AZUL). DEVE POSSUIR PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS 6" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA. COM CAPACIDADE: DE APROXIMADAMENTE 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 1,90 X L 0,60 X A 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO INMETRO E NA ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	RENASCER	RN04018I	1	R\$ 3.595,00	R\$ 3.595,00	SILVIO VIGIDO	Reprovado	Não atende ao peso suportado
5	MESA AUXILIAR DE MAYO, CONFECCIONADA EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS 0,68 X 0,47 X 0,85 CM, COM ANEL DE FIXAÇÃO, SUPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA EM AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS E ALTURA MÁXIMA 1,20M. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CATÁLOGO PARA ANÁLISE E REGISTRO JUNTO A ANVISA.	UN	SALUTEM	S-1000-3	2	R\$ 392,00	R\$ 784,00	SILVIO VIGIDO	Aprovado	
6	Estadiômetro vertical fixo, específico para fixação em parede, escala numérica construída em centímetros com graduação de 1mm, com no mínimo 200 cm úteis. REGISTRO NO INMETRO E NA ANVISA. APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	SANNY	ES2030	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00	SILVIO VIGIDO	Aprovado	
7	LIXEIRA COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS, tubular em aço inox, material atóxico, sem soldas ou emendas. Superfície interna polida, cantos arredondados, ausência total de reentrâncias. Base e pedal fabricados em aço inox, tampa fixada na estrutura de aço inox (acionamento da tampa pelo pedal). Base removível. APRESENTAR CATÁLOGO.	UN	PURIMAX	PI 30	32	R\$ 275,00	R\$ 8.800,00	SILVIO VIGIDO	Aprovado	