

2ª Análise de documentos e catálogos - P.E. 074/2022.

Itens	Descrição	Unid.	Marca	Modelo	Quant.	Empresas	DOCUMENTOS SOLICITADOS:	APROVADO/REPROVADO	MOTIVO
1	CARRO MACA HIDRAÚLICO PARA EMERGÊNCIA - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (HiLow) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. - Paracheque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de sorro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx), colchonete em espuma de 10 cm D 28, Capacidade até: 180 Kg. Registro do produto no Ministério da Saúde OU Certificado de Registro emitido pela ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	SALUTEM	S-8000	1	COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	CATÁLOGO E REGISTRO MS/ANVISA-OK	<u>Reprovado</u>	<u>dimensões não atendem ao edital</u>
3	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA com as seguintes especificações: Aplicação: Para uso em pacientes adultos e pediátricos em paradas cardiorespiratória e cuidados cardiovasculares de emergência. Características Gerais: Portátil, Microprocessado, Funcionamento a bateria; IP55 conforme IEC – 60529, Resistente a quedas e vibrações; Onda bifásica exponencial truncada ou retilínea; Autonomia da bateria não recarregável para: Aproximadamente 120 Choques com carga máxima; Tempo de carga para 150 Joules = até 10 segundos; Protocolo configurado de fábrica de acordo com normas Vigentes. Mostrador digital para acompanhamento dos passos do procedimento; Funções: Alarmes audiovisuais; Instruções audiovisuais para RPC; Ajuste automático da carga de disparo; Detecção automática do batimento cardíaco; indicador ou alarme de bateria e ou bateria fraca; Normas e Certificados: IP55. Apresentar registro e ou certificados para as normas: Registro Anvisa; CBPF ou certificado equivalente; Segurança elétrica; Compatibilidade eletromagnética. Acessórios: 02 Eletrodo adesivo descartável adulto com garantia mínima de 01 (hum) ano de validade a partir da data de entrega; 02 Eletrodos adesivos descartáveis infantis com garantia mínima de 01 (hum) ano de validade a partir da data de entrega; bolsa para armazenamento. Demais acessórios necessários para garantir o perfeito e completo funcionamento dos equipamentos. Garantia do produto: no mínimo de 12 meses, a contar da entrega na Unidade Requisitante. Apresentar catálogo.	UN	INSTRAMED	ION LED	2	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	CATÁLOGO; REGISTRO MS/ANVISA E CBPF- ok	<u>Aprovado</u>	
4	CARRO MACA SIMPLES, CONFECCIONADO EM CHAPA COM MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURADA COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM TRAVESSAS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL 1" X 0,12M, DEVE POSSUIR GRADES LATERAIS DE TOMBAR E TRAVA, CABECEIRA MÓVEL COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, POSSUIR COLCHONETE D28 COM ACABAMENTO EM COURVIM COMO ACESSÓRIO (COR PRETA OU AZUL). DEVE POSSUIR PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS 6" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA. COM CAPACIDADE: DE APROXIMADAMENTE 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 1,90 X L 0,60 X A 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO APÓS A DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO INMETRO E NA ANVISA. Apresentar catálogo.	UN	METALIC	MT2511	1	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	CATÁLOGO; REGISTRO MS/ANVISA E INMETRO- ok	<u>Reprovado</u>	<u>Dimensões não atendem ao edital</u>