RELATÓRIO DA 1ª SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS - 08/09/2021

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	TIPO DE COTA	EMPRESA	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL	APROVADO (SIM OU NÃO)	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
1	030.36.01326 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. Embalagem com 100 lancetas.	630000	UN	ABERTA	INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.	INJEX	IJ-MJ11	R$ 0,13	R$ 81.900,00	SIM	
2	030.36.01880 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 6 x 0,25 mm (31G), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, em pacotes com 10 unidades. O produto deve conter registro na ANVISA.	440000	UN	ABERTA	DAKFILM COMERCIAL LTDA.	SALDANHA	6 X 0,25MM 100UI	R$ 0,34	R$ 149.600,00	SIM	
3	030.36.01929 - Tira reagente para medição da glicemia em amostra capilar, que contenha o método biosensor de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase para determinação quantitativa da glicose no sangue, com codificação automática, sem necessidade de codificação manual através de chip, tira código, botão, entre outros, com faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl, sem interferência com analgésicos e antitérmicos e que mantenha a validade das tiras após a abertura do frasco. Apresentar o certificado de boas práticas de fabricação vigente emitido pela agência nacional de vigilância sanitária (Anvisa), bula / Instruções de uso e registro na Anvisa das tiras e monitor.	630000	UN	ABERTA	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Glucoleader	Enhance II	R$ 0,34	R$ 214.200,00	NÃO	Em desacordo: - é necessário ajustar código; - local da coleta da gota é de difícil compreensão; - em caso de erro ligar no SAC.
4	030.36.01880 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 6 x 0,25 mm (31G), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, em pacotes com 10 unidades. O produto deve conter registro na ANVISA.	100000	UN	RESERVADA	FRACASSADO				R$ -		