[redacted]

[redacted]

Campinas, 23 de março de 2023.

AO
MUNICÍPIO DE REGISTRO
REGISTRO – SP

PREGÃO ELETRÔNICO n° 016/2023
EDITAL Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA USO DA UBS CENTRO – DIRETORIA GERAL DE SAÚDE,** conforme descrito no **ANEXO I** deste edital.

A empresa [redacted], inscrita no **CNPJ sob nº** [redacted], vem, solicitar alteração do Anexo I – Termo de Referência no Edital em anexo **ITEM 01 – APARELHO DE RAIO X,** pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações:

- ➔ **Onde se lê:** Faixa de mAs de no mínimo: 0,25 a 600 mAs ;
- ➔ **Leia-se:** Faixa de mAs de no mínimo: 500 mAs ;
- ➔ **Justificativa:** Primeiramente, a [redacted] destaca que nosso equipamento atende as demandas radiológicas propostas em edital com os valores acima solicitados para aceite.
  De maneira técnica colocamos que correntes altas são características de exames de coluna lombar e tórax com pacientes de grande espessura torácica ou abdominal, porém com avanço tecnológico[1] é possível realizar tais exames com corrente reduzida e com a qualidade necessária, fazendo com que de maneira prática paciente e corpo técnico sejam expostos a uma menor dose de radiação (Princípio ALARA). Além disso, a manutenção dos 800mAs limitará a participação de várias empresas indo em desencontro ampla participação proposta pela Lei 8.666.
  [1]Tecnologia: contamos com um dos melhores detectores digitais do mercado, com cintilador de Iodeto de césio, pixel com tamanho de apenas 125 µm e resolução de 4,0 lp/mm, características essas que combinadas permitirem a redução dos parâmetros radiográficos, tornando exposições de 80KV @ 630mA raras.

[redacted]

➔ **Onde se lê:**

- Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 250 kg;
- tamanho mínimo de 90 x 218 cm;
- Deslocamento longitudinal do tampo mínimo mínima de +/- 65cm e Transversal: mínima de +/- 22cm;
- Mesa (...) Grade antidifusora razão 200 linhas / pol. ou maior;
- Estativa (...) deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos;
- Rotação do conjunto Colimador de 90° e 180°;
- Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade ou eletrônico de (+180° a -180°);
- Mural Bucky (...) Grade antidifusora razão mínima 200 linhas / pol.;
- Monitor (...) pontos de alto brilho de 330 cd/m2.

➔ **Leia-se:**

- Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 170 kg;
- tamanho mínimo de 82 x 210 cm;
- Deslocamento longitudinal do tampo mínimo mínima de +/- 45cm e Transversal: mínima de +/- 12cm;
- Mesa (...) Grade antidifusora fixa razão 70 linhas / pol. ou maior;
- Estativa (...) deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 250 cm em trilhos;
- Rotação do conjunto Colimador de 90° e/ou 180°;
- Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade ou eletrônico de (+90° a -90°);
- Mural Bucky (...) Grade antidifusora fixa razão mínima 70 linhas / pol.;
- Monitor (...) pontos de alto brilho de 250 cd/m2.

➔ **Justificativa:** A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando Isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

➔ **Onde se lê:** Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 140 cm;

➔ **Leia-se:** Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 120 cm;

➔ **Justificativa:** A alteração deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando Isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame. Destacamos que a alteração não trará prejuízos ao Órgão e acrescentamos também que nosso equipamento possui 250 cm de deslocamento longitudinal da estativa, fazendo com que as mais variadas projeções radiográficas sejam atendidas.

➔ **Onde se lê:** Mural Bucky (...) Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm em ambas as direções (configurável na instalação);

➔ **Leia-se:** Mural Bucky (...) Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 43x43) cm em ambas as direções (configurável na instalação);

➔ **Justificativa:** Sugerimos a alteração acima pois um detector para o Mural Bucky com área baixa pode representar limitações operacionais, dificuldade na realização de exames (em cadeirantes ou politraumatizados por exemplo), podendo causar limitações no serviço e um aumento no tempo de exame deste item permitirá aumentar a participação de fornecedores no processo possibilitando Isonomia, maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

[redacted]

- ➔ **Onde se lê:** Detector (...) peso inferior a 3,5 Kg
- ➔ **Leia-se:** Detector (...) peso inferior a 3,5 Kg para detector de área 35x43 cm e peso inferior a 3,7 Kg para detector de área 43x43 cm.
- ➔ **Justificativa:** Sugerimos ao órgão a aquisição de dois detectores com tamanhos diferentes, sendo o do Bucky Mural o que possui maior tamanho. Tal fato se justifica para que não haja a necessidade de ajustar o maior lado do detector de acordo com o exame a ser realizado. Um exemplo prático se dá em exames no abdome, coluna e perna. A placa é comumente utilizada com a maior dimensão na longitudinal, de modo que, um detector nas dimensões sugeridas não prevê a necessidade de manuseio para ajuste, o que também promove a prevenção de acidentes.

- ➔ **Onde se lê:** Software de aquisição de imagens em português
- ➔ Software em língua Portuguesa com filtros e incidências
- ➔ **Alterar para:** Software de aquisição de imagens em português ou inglês
- ➔ Software em língua Portuguesa ou inglesa com filtros e incidências
- ➔ **Justificativa:** O software que acompanha o equipamento possui todas as funções solicitadas, inclusive já inclusa a função stitching. No dia da aplicação, o application dedicado da Canon já deixará todas as funções pré-programadas pedidas pelo Órgão, além de ajudar no uso de todas as funcionalidades. Sugerimos a nova redação, que além de ampliar a competitividade, delimita a performance mínima do sistema. Além disso, a manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a Isonomia do processo e indo em desencontro à ampla participação proposta pela Lei 8.666.

- ➔ **Onde se lê:** Monitor (...) deverá ter acabamento anti-microbial (comprovar com catálogo em sitio de internet global ou internacional – USA).
- ➔ **Alterar para: [RETIRAR]**
- ➔ **Justificativa:** Sugerimos a alteração acima afim de ampliar a concorrência do certame. A manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a Isonomia do processo e indo em desencontro à ampla participação proposta pela Lei 8.666.

PRAZO DE ENTREGA:

- ➔ **Onde se lê: Até 30 (trinta) dias** para o item 01;
- ➔ **Será aceito:** Prazo de entrega até 90 (noventa) dias?
- ➔ **Justificativa:** O prazo é necessário por se tratar de itens específicos com linha de produção por demanda e vale ressaltar a transição de ano letivo e as questões burocráticas.

[redacted]

[redacted]

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas e do prazo de entrega acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A [redacted] possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,

[redacted]

[redacted]