Resposta pedido de esclarecimento empresa não identificada plataforma BNC

0

DAS SOLICITAÇÕES

As especificações da planilha do presente edital encontra-se contraditório ao que pede no "DESCRITIVOS COMPLETOS DOS ITENS A SEREM LICITADOS" do próprio edital. Sendo que na especificações da planilha pede com PRESSÃO INVASIVA no descritivo completo pede COM PRESSÃO NÃO INVASIVA" .Pergunta:01 - A qual deveremos respeitar, com PNI e PI? ou básico sem PI?Se for com PI quais as especificações da PI?02 - Inclusive as quantidades de acessórios divergem do próprio "DESCRITIVOS COMPLETOS DOS ITENS A SEREM LICITADOS" ao que pede no final do próprio descritivo: "DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Todos os acessórios necessários para o seu funcionamento em pacientes neonatais, pediátricos e adultos."Será exigido 01 unidade de acessórios para Neo, Pediátrico e adulto de cada parâmetro mencionado (ou seja SPO2 03 unidades/PNI 03 unidades ... etc),?

RESPOSTA

Deve ser considerado PNI (Pressão Não Invasiva) e possibilidade de implementação de PI (Pressão Invasiva).

Os cabos deverão atender Adulto, Pediátrico e Neonatal, sendo, 1 cabo para cada para cada parâmetro a ser monitorado.