Resposta pedido de esclarecimento

DAS SOLICITAÇÕES

ITEM – 02 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Características Técnicas:

• O edital determina que o equipamento deverá possuir "Monitorização de pelo menos 20 arritmias distintas". Questionamos: serão aceitos equipamentos que permitam análise de 10 arritmias distintas, sendo elas: Assistolia, Bradicardia extrema, Taquicardia extrema, Frequência cardíaca máx, Frequência cardíaca mín, Fibrilação ventricular, taquicardia, Marcapasso não captura, Marca Não Estimula e EsVs Máx? Entendemos que a ferramenta de análise de arritmias capaz de identificar as que foram descritas acima atende plenamente as necessidades clínicas para a qual se destina. Sobretudo, solicitamos esse aceite para que seja permitida a participação de mais licitantes, visando ampliar a publicidade e favorecer a economicidade do processo.

Resposta:
Não, o mínimo solicitado em edital é de 20 arritmias, no mercado hoje, encontramos muitas marcas que oferecem o equipamento solicitado.

• Ainda, sobre a solicitação "DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: Todos os acessórios necessários para o seu funcionamento em pacientes neonatais, pediátricos e adultos", Questionamos: Quais acessórios seriam esses? Somente para os parâmetros básicos ou para PI também? Essa informação interfere diretamente no preço do equipamento a ser ofertado, ou seja, se cada participante julgar necessário uma quantidade e uma variedade de acessórios, haverá desigualdade de concorrência, prejudicando não somente os licitantes mas também o órgão.

Resposta:

Deve ser considerado PNI (Pressão Não Invasiva) e possibilidade de implementação de PI (Pressão Invasiva). Acessórios deve ser considerado os cabos deverão atender Adulto, Pediátrico e Neonatal, sendo, 1 cabo para cada parâmetro a ser monitorado.

Prazo de entrega:

No edital no item 4.1 solicita que os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias para o item 02. Cumpre-nos observar que o equipamento do certame tem um processo de produção que leva em torno de 75 (setenta e cinco) dias mais os tramites burocráticos para liberação do equipamento. Dessa forma, questionamos se será aceito o prazo de até 90 (noventa) para entrega, ou aceite da Prefeitura para cartas de prorrogação?

RESPOSTA:

Considerando a necessidade do serviço sendo este, de urgência e emergência;

Considerando que, existem empresas que trabalham com equipamento a pronta entrega;

O prazo de entrega para 30 dias será mantido.